

(ร่างครั้งที่ ๑)

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศน	จำนวน	๑	เครื่อง
แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม			
สัญญาณภาพ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

..... ระหว่างเวลา น. ถึง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kcph.go.th/E-mail: patsadoo@hotmail.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๘๕๑๒๙๐ ต่อ ๑๐๔๑ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสิริชัย นามทรงสนีย์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

(ร่างครั้งที่ ๑)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

ตามประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ ภาพ	จำนวน	๑	เครื่อง
--	-------	---	---------

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร
(๔.๒) สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร
(๔.๓) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร
(๔.๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาเอกสาร
(๔.๕) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แค็ตตาล็อก (จากโรงงานผู้ผลิต) พร้อมระบุชื่อที่ตรงตามคุณลักษณะตามประกาศ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด

รายละเอียดคุณลักษณะ
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ความต้องการ ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ
 จำนวน ๑ ชุด

ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง | จำนวน ๑ กล้อง |
| ๒. เครื่องแปลงสัญญาณระบบวิดีโอทัศน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. จอแสดงภาพ | จำนวน ๑ จอ |
| ๔. เครื่องกำเนิดแสง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์หลัก | จำนวน ๑ คัน |

๑. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศนชนิดให้รายละเอียดภาพสูง จำนวน ๑ กล้อง

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศน เลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า (Forward viewing) โดยให้ภาพการตรวจรักษาเป็นลักษณะภาพแปดเหลี่ยม ทำให้สังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณภาพ เพื่อแสดงภาพที่ได้จากกล้องส่องตรวจบนจอมอนิเตอร์

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๒.๑ ให้ภาพการตรวจรักษาเป็นลักษณะภาพแปดเหลี่ยม ทำให้สังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น






๑.๒.๒ ระบบเลนส์

- มุมมองภาพแบบปกติ ๑๗๐ องศา
- เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง ๒-๑๐๐ มม.

๑.๒.๓ ส่วนใช้งาน

- ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่มากกว่า ๑๓.๒ มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ มม.
- ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ มม.
- ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๕ มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า ๓.๗ มม.

๑.๒.๔ ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง

นาย ทวีศักดิ์ พลหงษ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
นาง เจตนาพร ศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นาย พิทักษ์ เขียนนอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ	
นาง ญัฐพัชร ไชยนาเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นางสาว ดวงแก้ว ชื่นวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	

- ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา
- ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา
- ปรับมุมไปทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ องศา
- ปรับมุมไปทางขวาได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ องศา

๑.๒.๕ สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้ โดยสามารถควบคุมผ่านสวิตช์ที่กล้องส่องตรวจเพื่อใช้แสงแบบ Narrow Band Imaging (NBI)

๑.๒.๖ รองรับเทคโนโลยี RIT (Responsive Insertion Technology) ที่มีระบบ High Force Transmission และ Passive Bending ได้

๑.๒.๗ สายส่องตรวจสามารถปรับความแข็งอ่อนได้ (Variable stiffness)

๑.๒.๘ รองรับภาพความละเอียดสูงแบบ High definition (HDTV)

๑.๒.๙ การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector ได้

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานแต่ละชุด ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---|------|
| ๑. อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อน้ำ/ท่อลม และท่อดูด (Injection Tube) | ๑ | ชุด |
| ๒. สายแปรงล้างทำความสะอาด (Channel Cleaning Brush) | ๑ | เส้น |
| ๓. แปรงล้างทำความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush) | ๑ | อัน |
| ๔. ข้อต่อสำหรับล้าง (Suction Cleaning Adapter) | ๑ | เส้น |
| ๕. ข้อต่อทำความสะอาดท่อน้ำ/ท่อลม (AW Channel Cleaning Adapter) | ๑ | อัน |
| ๖. วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve; ๑๐ ชิ้น/ท่อ) | ๑ | ท่อ |
| ๗. วาล์วท่อดูด (Suction Valve) | ๑ | อัน |
| ๘. วาล์วท่อลม/ท่อน้ำ (Air/Water Valve) | ๑ | อัน |
| ๙. อุปกรณ์ปิดท่อสำหรับทำความสะอาด (Channel Plug) | ๑ | อัน |

๒. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องแปลงสัญญาณระบบวีดิทัศน์

จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ มีระบบถ่ายทอดสัญญาณประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้ HDTV Output, SDTV Output, Digital Output, DVI output
- ๒.๒ สามารถสร้างภาพแบบ narrow band image ได้
- ๒.๓ มีระบบปรับความคมชัดของภาพมีให้เลือกอย่างน้อย ๒ แบบ ดังนี้ Structure Enhancement และ Edge Enhancement
- ๒.๔ สามารถการปรับความคมชัดของภาพได้อย่างน้อย ๓ ระดับ OFF , LOW , MEDIUM และ HIGH
- ๒.๕ สามารถปรับ Contrast ได้ ๓ ระดับ คือ Low, Normal และ High

นาย ทวีศักดิ์ พลหงษ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
นาง เจตนาพร ศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นาย พิทักษ์ เขียนนอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ	
นาง ญัฐพัชร ไชยนาเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นางสาว ดวงแก้ว ชื่นวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	

- ๒.๖ มีระบบช่วยควบคุมระดับแสงโดยอัตโนมัติ (Automatic Gain Control) เมื่อกำลังอยู่ใกล้หรือไกลจากตำแหน่งที่ทำการตรวจเพื่อความคมชัดของภาพ
- ๒.๗ สามารถปรับ IRIS เพื่อความสว่างของภาพคงที่ได้อย่างน้อย ๓ ระดับ คือ Peak, Auto และ Average
- ๒.๘ สามารถปรับแต่งโทนสีได้ อย่างน้อยดังนี้ CHROMA : + - ๘ ระดับ, RED: + - ๘ ระดับ, BLUE: + - ๘ ระดับ เพื่อให้สีของภาพเป็นไปตามที่ต้องการ
- ๒.๙ สามารถทำให้ภาพหยุดนิ่งได้นานตามความต้องการ (FREEZE)
- ๒.๑๐ สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของคนไข้และชื่อผู้ทำหัตถการได้อย่างน้อย ๕๐ ราย
- ๒.๑๑ สามารถบันทึกข้อมูลภาพนิ่งลงสู่ Portable Memory ได้
- ๒.๑๒ รองรับการผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopic Surgery ได้
- ๒.๑๓ รองรับการส่องกระเพาะปัสสาวะชนิดรายละเอียดสูงได้
- ๒.๑๔ รองรับการส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดชนิดวิถีทัศนได้
- ๒.๑๕ รองรับการส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิถีทัศนได้

อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย

๑. เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพ	๑	เครื่อง
๒. ขวดใส่น้ำ	๑	ใบ
๓. ฝาปรับเทียบสีขาว	๑	อัน
๔. สายไฟ AC	๑	เส้น
๕. แป้นพิมพ์	๑	ชุด
๖. สายเชื่อมสัญญาณกับตัวกล้อง	๑	เส้น

๓. จอแสดงภาพ

จำนวน ๑ จอ

คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๑. เป็นจอรับภาพที่ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว
- ๓.๒ มีรายละเอียดภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ X ๑๐๘๐ dot
- ๓.๒. รองรับภาพระบบ Full High Definition (Full-HD)

นาย ทวีศักดิ์ พลหงษ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
นาง เจตนาพร ศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นาย พิทักษ์ เขียนนอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ	
นาง ญัฐพัชร ไชยนาเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นางสาว ดวงแก้ว ชื่นวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	

๔. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกำเนิดแสง

จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ระบบแสงสว่าง

๔.๑.๑ ใช้หลอดไฟชนิด XENON ที่มีอายุใช้งานอย่างน้อย ๕๐๐ ชั่วโมง

๔.๑.๒ มีระบบควบคุมแลพการปรับความสว่างแบบอัตโนมัติ ได้อย่างน้อย ๑๗ ระดับ

๔.๑.๓ มีหลอดไฟฉุกเฉินสำรอง อยู่ในเครื่องเดียวกัน

๔.๒ มีระบบเป่าลม (Air feeding) สามารถควบคุมการเป่าลมได้อย่างน้อย ๔ ระดับคือ OFF, Low, Mid, High

๔.๓ ระบบไฟฟ้า สามารถใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ เป็นปลั๊กไฟที่มีระบบสายกราวด์

๔.๔ รองรับต่อร่วมกับกล่องส่องตรวจแบบ One-touch connector ได้

อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย

๑. เครื่องกำเนิดแสงสว่าง	๑	เครื่อง
๒. สายไฟ AC	๑	เส้น
๓. สายควบคุมแสง	๑	เส้น

๕. รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์

จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ เป็นรถเข็นสำหรับวางอุปกรณ์ชุดเครื่องมือ มีชั้นวางอย่างน้อย ๔ ชั้น

๕.๒ มี ๔ ล้อพร้อมเบรค ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

๕.๓ ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม

๖.เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ รับประกันคุณภาพตัวเครื่องอย่างน้อย ๒ ปี พร้อมตรวจเช็คสภาพของเครื่องทุกๆ ๔-๖ เดือน โดยมีช่างประจำหน่วยช่างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมดำเนินการทุกครั้ง ในระยะเวลารับประกัน ผู้เสนอราคายินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการอื่นๆ ด้วย

๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีเอกสารรับรองการเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ออกให้ในปีปัจจุบัน นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างที่เป็นผู้ดูแลเครื่องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง และมีใบรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ นั้น ๆ หากมีการซ่อมหรือแก้ไขจุดเดิมแล้วเกิน ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๓ เดือน นับจาก

นาย ทวีศักดิ์ พลหงษ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
นาง เจตนาพร ศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นาย พิทักษ์ เขียนนอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ	
นาง ญัฐพัชร์ ไชยนาเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นางสาว ดวงแก้ว ชื่นวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	

วันส่งมอบ ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเครื่องใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะเดิม หรือดีกว่า

- ๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ว่ามีความสามารถในการเตรียมจัดหาหรือมีอยู่ของอะไหล่พร้อมที่จะสนองความต้องการของโรงพยาบาลได้ อย่างน้อย ๕ ปี โดยให้แสดงหลักฐานเป็นเอกสารมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา
- ๖.๕ กรณีที่เครื่องเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เสนอราคาต้องเข้ามาทำการแก้ไขภายใน ๗๒ ชั่วโมง โดยมีช่างประจำหน่วยช่างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมดำเนินการทุกครั้ง หากเครื่องไม่สามารถทำงานได้ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่รับแจ้ง ผู้เสนอราคาต้องนำเครื่องสำรองที่มีคุณสมบัติเดียวกันมาให้โรงพยาบาลฯ ใช้แทน หากไม่สามารถดำเนินการได้ผู้เสนอราคาต้องจ่ายค่าปรับตามสัญญา
- ๖.๖ ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขกำกับให้ตรงกับรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ชัดเจนทุกรายการ
- ๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงแก่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงต้องฝึกสอนการใช้งานให้กับผู้ใช้ของทางโรงพยาบาล จนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง และสอนการซ่อมบำรุงให้กับช่างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลจนสามารถเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องและซ่อมเบื้องต้นได้ ก่อนส่งมอบเครื่อง
- ๖.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้ง ทดสอบ สาธิตการใช้งาน และทดลองปฏิบัติงานจนใช้งานได้อย่างสมบูรณ์โดยช่างผู้ชำนาญ
- ๖.๑๐ กรณีที่เครื่องต้องสอบเทียบ ผู้เสนอราคาต้องมีการสอบเทียบและใบรับรองจากทางผู้ผลิตและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเทียบอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเทียบตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ๖.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องมือแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ IEC,CE,UL,ISO และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรองมาตรฐานสากล
- ๖.๑๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งมีคู่มืออย่างง่ายเขียนใส่กระดาษ ๑ แผ่นเคลือบพลาสติกแขวนอยู่ที่เครื่อง และมีคู่มือ Service manual สำหรับช่าง ๑ ชุด (มีคู่มือทั้ง ๓ ชนิดเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่าง ๑ ชุด)

นาย ทวีศักดิ์ พลหงษ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
นาง เจตนาพร ศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นาย พิทักษ์ เขียนนอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ	
นาง ญัฐพัชร์ ไชยนาเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	
นางสาว ดวงแก้ว ชื่นวัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ	

ตามร่างแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ๑ ชื่อโครงการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)
- ๓ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔
- ๔ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๕.๑ นาย ทวีศักดิ์ พลหงษ์	ตำแหน่ง	นายแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นาง เจตนาพร ศรีทอง	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นาย พิทักษ์ เขียนนอก	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๕.๔ นาง ณิชพัทธ์ ไชยนาเมือง	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.๕ นางสาว ดวงแก้ว ชื่นวัฒนา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ